TCmatt NEOsingle

Istruzioni per l‘uso
materassino monouso

IT

TecCom
Medizintechnik

1 Scopo d'uso

Il materassino permette di regola la temperatura di tutto il corpo del paziente, in particolare di neonati e lattanti. Il materassino viene collegato a TECOtherm NEO mediante il kit tubicini di connessione e al suo interno scorre liquido temperato. Per migliorare la temperatura del paziente, è possibile avvolgere il corpo con il materassino e chiuderlo con le cinghie agli ugelli.

2 Applicazione

Il materassino può essere utilizzato solo come accessorio del sistema per ipotermia TECOtherm NEO!	⚠
Il materassino è un prodotto monouso! Non può essere trattato, né utilizzato una seconda volta!	⚠
Rispettare le istruzioni per l'uso di TECOtherm NEO per l'applicazione corretta dal materassino monouso!	📖

TCmatt NEOsingle è l'unico materassino monouso approvato dal produttore di TECOtherm NEO.

IT

3 Etichetta

TCmatt NEOsingle
Materassino (monouso)

IT

TecCom Medizintechnik

Igiene: Dispositivo medico non sterile.
Pulizia: Monouso, non pulire il materassino!
Applicazione: Solo per un unico uso con TECOtherm NEO!
Rispettare le istruzioni per l'uso di TECOtherm NEO.
In particolare per i neonati si deve evitare il contatto diretto del materassino con la pelle del paziente. Utilizzare un panno idrorepellente clinicamente pulito sul tappetino.
Pericolo di danneggiamento in seguito a oggetti appuntiti o affilati!
Conservazione: Conservare a temperatura ambiente in un luogo asciutto e buio.
Smaltimento: Dopo l'uso smaltire come rifiuto clinico.
Posizionamento:



NON STERILE

Materiale: Poliuretano / Poliestere
Tubo flessibile di ingresso/uscita: Poliuretano
Spina di collegamento: Acetale
Pressione massima: 500 mbar
Dimensioni: 42 cm x 62 cm

Distribuito da:

Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal, Germany
+49 (0) 345 1205 204
www.tcm.gmbh